質量トレーサビリティ体系図

富山衡器株式会社

〈　国家標準　〉
（独）産業技術総合研究所

キログラム原器
特定標準器・特定副標準器
1 mg~20 kg

〈　二次標準　〉
富山衡器株式会社

特定二次標準器
識別記号：T,t
1 mg~20 kg

校正周期
1 回／3 年

〈　実用標準　〉
富山衡器株式会社

常用参照標準
識別記号：3（1 mg~20 kg,
100 kg,1000 kg）
識別記号：5（1 mg~10 kg）
識別記号：7（1 g~20 kg）
識別記号：69（1 kg~20 kg）
識別記号：1~50（10 kg,20 kg）

校正周期
1 回／3 年

常用参照標準
識別記号：2,3（1 kg~20 kg,100 kg）
識別記号：1~40（1000 kg）

校正周期
1 回／1 年

（　顧客　）

被校正はかり